



MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

DA-01/P/MIIZ/2026

Warszawa, dnia 03 czerwca 2026

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Postępowania nr DA-01/P/MIIZ/2026 pn. „Dostawa systemu do cyfrowej PCR (ddPCR) dla Muzeum i Instytutu Zoologii PAN”

Nr ogłoszenia BZP: 2026/BZP 00270218/01

Identyfikator postępowania:ocds-148610-aa45f7c3-ffd1-4c59-98e7-a49ee7e7a7c8

Zamawiający informuje, że otrzymał w dniu 02 czerwca br. zapytania o poniższej treści. Jednocześnie Zamawiający odpowiadając wyjaśnia co następuje:

- Zamawiający wymaga, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa systemu cyfrowej PCR (ddPCR) dla Muzeum i Instytutu Zoologii PAN”, prowadzonego przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, przedstawienia listy publikacji na potrzeby wskazania zastosowania technologii ddPCR w analizie próbek środowiskowych, stanowiący przedmiotowy środek dowodowy.*

Czy Zamawiający ma tu na myśli zastosowanie w tego typu analizach urządzeń w technologii ddPCR, których jednym z etapów jest tzw. emulsyfikacja analizowanej próby, czyli podzielenie wyjściowej mieszaniny reakcyjnej na tzw. krople zawierające część pełnej mieszaniny reakcyjnej każda bez precyzowania modelu urządzenia ddPCR na którym były one wykonane?

Odpowiedź: TAK

Wykonawca chce zaoferować w postępowaniu najnowszy model urządzenia ddPCR opartego na tego typu rozwiązaniu i zawierającego jako jeden z etapów analizy próby podzielenie mieszaniny reakcyjnej do oddzielnych kropli. Jest to jednak model urządzenia, dla którego nie ma jeszcze oficjalnie opublikowanych prac naukowych, których wymaga Zamawiający. Wykonawca posiada natomiast dowody i może zebrać wymagane informacje w formie listy publikacji naukowych w których technologia ddPCR została wykorzystana w analizie próbek środowiskowych z użyciem innego modelu urządzenia ddPCR.

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie listy wymaganych publikacji i uzna to za spełnienie wymogu jako przedmiotowego środka dowodowego, w których w analizie próbek środowiskowych użyty został inny, ale również istniejący w ofercie producenta system w technologii ddPCR oparty na emulsyfikacji analizowanej próby w formie kropeł?

Odpowiedź: TAK

- Prosimy o udostępnienie w formie edytowalnej dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do złożenia wraz z ofertą oraz na wezwanie, tj. załącznik nr 4 – Formularz ofertowy, załącznik nr 4a – Wykaz Publikacji, załącznik nr 5 – Oświadczenie art. 125 ust. 1, załącznik nr 6 - Wykaz dostaw.*

Odpowiedź: Zamawiający na stronie Zamawiającego www.miiz.waw.pl udostępnił wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania w tym wymienione w zapytaniu nr 2 załączniki do SWZ w formie edytowalnej.

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych

dr Anna Jachner-Miśkiewicz